

How to use the filter device 13.05

Anleitung Filtergehäuse 13.05



This filter device is for gravimetric determinations of dust load if the dust content is very high (up to 300g/m^3). Don't use this device in front of the suction tube. Always for OUT-STACK-measurement.

Dieser Filter ist für hohe Staubgehalte (bis 300 g/m^3) Filtergehäuse nicht vor dem Absaugrohr einsetzen, nur OUT Stack.

